



**HELMER MARKA, MODEL PC 4200i MODEL
TROMBOSİT SAKLAMA AĞİTATÖRLÜ İNKÜBATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

1. Cihaz dik ve kolay taşınabilir.
2. Cihaz ortamın ısısı sabit tutabilir.
- 3. Cihazın üst ana panelinde i.center adı verilen cihazla ilgili tüm ayarların yapılabilmesini ve izlenebilmesini sağlayan bir monitör bulunmalıdır. Cihazda bulunan Agi-Trak sistem monitörleri sayesinde cihaza uygun bir agitator bağlandığında; agitatordeki devir sayacı, devir sayısı ve devir hızı inkübatörün üst ana panelinde yer alan monitörde izlenebilmelidir. Bu bağlantı cihaza kendi alarm sisteminden bağımsız; agitatorle ortak bir hareketli alarm sistemi sağlamalıdır.**
4. Kolay dönebilen, kilitlenebilir tekerlekleri ve kilitlenebilir kapısı vardır.
5. Elektrik kesilmesinde ve sıcaklık sapmalarında uyarıcı sesli ve görsel alarm sistemi bulunur.
6. Torba almak için agitator durdurulmuş ve tekrar çalışmaz ise otomatik sesli alarm devresi vardır.
7. Tek parça olarak raflarla ayrılmış olup hava sirkülasyonu trombosit torbalarının her iki yüzeyinden eşit olarak geçer.
8. Kapasite: 396 random kan torbası, 66 Aferezis seti
9. Ölçüleri : 107 cm x 188 cm x 72 cm (GxYxD)
- 10. Cihaz galvanizlenmiş çelik yapıda olmalı ve iç, dış kısımları ve kapı kolları bakteriye dayanıklı toz pudra ile kaplanmış olmalıdır.**
- 11. Agitator'ün alarm seviyesi ve süresi üç kademeli olarak ayarlanabilmektedir. Ayrıca inkübatör ile ortak bir alarm sistemine de olanak sağlamaktadır.**
12. Üretici firma FDA sertifikasına sahiptir.
13. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 1 (bir) garantili olmalıdır.
14. Cihaz için garanti süresinin bitiminden itibaren ücret karşılığı 5 (beş) yıl süre ile bakım, onarım ve parça temini garantilidir.
15. Cihaza ait Türkçe kullanım ve bakım kılavuzu verilir.

SERTİFİKALAR

- ✓ Teknik Servis için TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.