



## HELMER MARKA, PF 96Pro MODEL AGİTATÖR CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Cihaz en az 96 random trombosit kapaistesinde olmalıdır.
2. Agitatörler; Trombosit konsantrelerinin sabit bir baz istasyonu tarafından üzerindeki raflı kısmın kenardan kenara 38 mm hareket ettirilmesiyle yumuşak bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.
2. Agitatörler, yumuşak ajitasyon, stoklama esnekliği ve dayanıklılık bulabileceğiniz şekilde dizayn edilmiştir.
3. Modern raf dizaynı Aferezis torbalarının ve havuzlanmış trombosit torbalarının aynı zamanda yerleştirilmesine olanak verir.
4. Açık üst raf, her boyuttaki torbanın konmasına ve istenen torbaya kolayca ulaşmaya olanak verir.
5. **Cihaz galvanizlenmiş çelik yapıdadır ve bakteriye dayanıklı toz ile kaplanmıştır** Dayanıklı paslanmaz çelik raflar, kolay kayan ve daha fazla raf arası elde etmek için kolaylıkla çıkarılabilen plastik kenarlara monte edilmiştir.
6. Delikli yüzeylere sahip olan raflar trombosit torbaların her iki yüzü içinde komple bir hava sirkülasyonu sağlar.
7. Her bir agitatörün istenilen devamlı kullanımı için motor ve aksamı özel olarak dizayn edilmiştir.
8. Ayrıca dahili hareket alarm sistemi mevcuttur. Hareket alarm monitörü sayesinde, torba almak için 2-2,5 dk. gibi bir periyotta agitatör tekrar çalıştırılmazsa otomatik olarak sesli alarm vererek uyarır.
10. Kapasitesi; 5 raflıdır,
11. **Ayrıca cihaz kapasitesine uygun h.seri ve i.seri bir inkübatör ile birlikte çalışabilir.**
11. Üretici firma FDA sertifikasına sahiptir.
12. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 1 (bir) garantili olmalıdır.
13. Cihaz için garanti süresinin bitiminden itibaren 5 (beş) yıl süre ile ücret karşılığı bakım, onarım ve parça temini garantisi vardır.
14. Cihaza ait Türkçe kullanım ve bakım kılavuzu verilir.

### SERTİFİKALAR

- √ Teknik Servis için TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.