


KILAVUZUN GECERLİ OLDUĞU SİSTEM

20101006224

KAN TORBASI TEKLİ, CPDA-1 450 ML

TANIM

Donör hattı kırılmalı numune alma sistemi, 16 g'lık iğne ve kan torbasından oluşan, antikoagülan solüsyon olarak CPDA-1 içeren, PVC'den yapılmış kapalı sistem, kan torbası sistemleri.

**KULLANIM AMACI**

"Kan Bileşenleri Hazırlama, Kullanım ve Kalite Güvencesi Rehberi"ne göre tam kan toplanması ve saklanması içindir.

HEDEF KULLANICI VE AMAÇLANAN KULLANIM ORTAMI

Yetkili kan merkezi personeli tarafından kan merkezlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ENDİKASYONLARI

Bu ürün tedaviye yardımcı olmak amacıyla, tüm popülasyonda kullanılmak üzere tam kanın alınması için kullanılır. Tam kan ve tam kandan elde edilen kan bileşenleri, tedaviyi uygulayan hekimin kararı doğrultusunda eksik bileşenlerin yerine konulması, dokulara oksijen taşınmasının artırılması, pıhtılaşma faktörlerinin yerine konulması, kanamanın azaltılması ya da önlenmesi için kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLARI

Bu ürün tekrar kullanılmaz ya da tekrar steril edilemez. Tekrar kullanım ya da tekrar sterilizasyondan doğabilecek riskler (örneğin, enfeksiyon, çapraz bulaşma, performans kaybı) ciddi yaralanma ya da ölüme yol açabilir.

**ÖNLEMLER**

1. İğne muhafazası açılmış ise kullanmayınız.
2. Kana ilaç eklemeyiniz.
3. Transfüzyondan önce torba içeriği ile alıcı arasında çapraz karşılaştırma yapınız.
4. EN ISO 1135-4'e uygun olan transfüzyon setlerini kullanınız.
5. Yerel gerekliliklere göre valide edilmiş kan bileşeni hazırlama prosedürlerine uyunuz.
6. Hortumlar bir Steril Birleştirme Cihazı ile birleştirilmeye uygundur.
7. İnsan kanı ve bileşenleri içindir.
8. Taşıma sırasında, elde ya da bir taşıma arabasında aynı anda en fazla iki sevkiyat kolisi taşınabilmektedir, kolileri düşürmeyiniz ya da üzerlerine ağır yükler koymayınız ve taşıma arabasına devrilmeleri önlenecek şekilde yükleyiniz.
9. Tek kullanımlıdır, kullanım sonrası Tıbbi Atık olarak atınız. **Dikkat:** Birden fazla kullanımı halinde enfeksiyon riski vardır.
10. Sembollerin açıklamaları için, Sembol Tanım Tablosuna bakınız.

Dikkat: Bu tıbbi cihaz, di(2-etilhekzil) ftalat (DEHP) içerir. İnsanların kemirgenlerden daha az duyarlı oldukları gözlenmesine rağmen, gelişmekte olan fetus, prematüre yenidoğanlar ve yenidoğanlar dahil olmak üzere çocuklar ve bu nedenle hamile ve emziren kadınlar potansiyel olarak DEHP'ye daha fazla maruz kalma riski altındadır. Ayrıca yenidoğanlarda kan değişim transfüzyonu, yenidoğan ve yetişkinlerde ekstrakorporeal membran oksijenasyon tedavisi, yenidoğanlarda total parenteral beslenme, hemodiyaliz, yenidoğan ve yetişkinlerde enteral beslenme, kalp nakli veya koroner arter bypass greft ameliyatı, yoğun kırmızı kan hücreleri ve plazma transfüzyonu veya periton diyalizi yüksek oranda DEHP maruziyetine yol açabilir. Bununla birlikte, faydaları DEHP'ye maruz kalma ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir olası sağlık riskinden daha önemli olduğundan tıbbi prosedürlerden kaçınılmamalıdır. Lütfen bilinçli bir karar verebilmek için güncel literatüre bakınız.

KULLANIM ÖNCESİ GENEL HAZIRLIKLAR


1. Kan torbasının dış paketini yırtma çentiklerinden açınız ve bir kan torbası sistemini çıkarınız, hortum, iğne ve antikoagülan ve katkı solüsyonlarında uygun hacim, renk değişimi ya da partikül kontaminasyonu açısından herhangi bir gözle görülebilir kusur olup olmadığını kontrol ediniz.

Dikkat: Hasarlı seti kullanmayınız, solüsyonların berrak olduğundan emin olunuz.


2. Donörün koluna tansiyon aleti manşonunu takınız ya da turnike bağlayınız, damara giriş yapılacak yeri seçiniz ve turnike ya da manşonu gevşetiniz.
3. Damara giriş yapılacak bölgeyi dezenfekte ediniz. Bölgeyi steril gazlı bez ile kapatınız ve damara girene kadar ellemeyiniz.

Dikkat: İyota karşı hassas olan donörlere dikkat ediniz!

4. İğne muhafazası ve iğne tutacağındaki işaretler aynı hizada olmalıdır (Şekil 9). Herhangi bir sızırmayı tespit etmek için baskı uygulayınız.
5. Kan alma torbasını donörün kolundan daha aşağıya yerleştiriniz.



Şekil 9



Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4

Dikkat: Torba sistemini açarken, kan alma hortumunu iğne koruma kılıfından değil, iğne muhafazasından tutunuz. Kan alımı öncesi yanlışlıkla iğne koruma kılıfını kilitlemeye özen gösteriniz.

KAN ALMA (Belirleyici)

1. İğne muhafazası çıkarılmadan önce, toplama torbasına bağlı donör hattı üzerindeki klempin kapatınız. (Şekil 1 ve 2'deki sistemler için). Kan torbası sistemi bir donör hattı kırılma parçası içeriyorsa, klempin kapatılmasına gerek yoktur (Şekil 3 ve 4).
2. Daha önceden seçilen ven belirgin olana kadar, yeniden turnike bağlayınız ya da tansiyon aleti manşonunu yeniden şişiriniz.
3. İğneyi işaretli yerden tutunuz. İğne kapağını çıkarmak için, iğne ve kapağı arasındaki bağlantıyı koparmak amacıyla döndürünüz ve iğne eksenini boyunca aşağı doğru kaydırarak çıkarınız.

Dikkat: Kanüle dokunmadığınızdan emin olunuz!

4. Hemen damara giriniz. Damara giriş kanının koagüle olmaması açısından çok önemlidir.
5. İğneyi donörün koluna bantlayınız.
6. Numune alma sistemine göre aşağıdaki adımları izleyiniz:

a. Numune Alma Tüp Hazneli Sistem;

- i. Numune alma torbasına/haznesine giden hortum üzerindeki kırılma parçasını kırınız (Şekil 1'deki sistem için; No:2).
- ii. Numune alma tüplerini tüp haznesine yerleştiriniz ve gerekli kan numunesini alınız (Şekil 1, No:3)
Dikkat: Önce büyük hacimli tüpleri kullanınız.
- iii. Numune alma işlemi tamamlandıktan sonra, torbaya giden hortumun üzerindeki klempin açınız ve kan alma işlemi başlatınız (Şekil 1, No:1).
- iv. 7. adıma geçiniz.

b. Numune Alma Torbalı Sistem;

- i. İlk kanı numune alma torbasına alınız (Şekil 2, No: 5).
 - ii. Numune alma torbasına giden hortum üzerindeki klempin kapatınız (Şekil 2-3-4, No:2).
 - iii. Torbaya giden hortum üzerindeki kırılma parçasını sağa ve sola çevirerek kırınız (Şekil 7) ve bu şekilde kan alımını başlatınız.
 - iv. Numune alma torbasını, tüp haznesi aşağıda kalacak şekilde avuç içine yerleştiriniz. Numune tüplerini, numune alma torbasına bağlı tüp haznesine yerleştirerek gerekli kan numunesini alınız. **Dikkat:** Önce büyük hacimli tüpleri kullanınız.
Dikkat: Numune alma torbasındaki kan numunesini hemen tüplere aktarınız, aksi takdirde kan pıhtılaşacaktır.
 - v. Numune alma işlemi tamamlandıktan sonra, toplama torbasına giden hortum üzerindeki kırılma parçasını kırınız (Şekil 3 ve 4, No:1). 7. adıma geçiniz.
7. Üzerinde tüp haznesi bulunan hortumu iğneye basınç yapmayacak şekilde donörün bileğine asınız.
 8. Kan alma esnasında, kanı ve antikoagülanı periyodik olarak (yaklaşık her 45 saniyede bir) nazıkçe karıştırınız. Eğer bir çalkalama cihazı ya da bir toplama sistemi kullanılıyorsa, lütfen operatörlerinin kullanma kılavuzunu referans ediniz.
 9. Kan akışının devamlı olduğundan emin olunuz. Eğer devamlı ve yeterli miktarda kan akımı ve düzenli karıştırma var ise kan alımının 12 dakikanın altında tamamlanması beklenir. **Dikkat:** 12 dakikanın üzerinde ise, toplanan kan Trombosit, Taze Donmuş Plazma veya Kriyopresipitat AHF için uygun olmayabilir.
 10. Kan torbası etiketi üzerinde belirtilen limitler içerisinde kan alınız. Toplanan kanı izleyiniz.
 11. Kan alma işlemi tamamlandıktan sonra, kan alma çalkalama cihazını kapatınız ve turnikeyi gevşetiniz ya da tansiyon aleti manşonunun havasını boşaltınız.
 12. İğne koruma kılıflı sistemlerde bir eliniz ile iğneyi tutarken, diğer eliniz ile iğne koruma kılıfını tutunuz, daha sonra iğneyi bırakınız, koruma kılıfının alt kısmında kalan hortumu çekerek iğneyi koruma kılıfının içine çekiniz ve kilitlendiğinden emin olunuz (Şekil 5, No: 6). **Dikkat:** Kaza ile yaralanmayı veya personelin kontaminasyonunu önlemek için, iğneyi kilitli sisteme sokunuz veya tıbbi atık kutusuna atınız.
 13. Kan alma hortumunu, hortum kapatma cihazı ile Y parçasının altından kapatarak iğneyi sistemden ayırınız. **Dikkat:** Kilitlenmiş iğne kitini tıbbi atık kutusuna atınız.
 14. Donör hortumunu torbaya doğru mümkün olduğunca sıyırınız ve kapatmaya başlayınız. Hortumda kanın pıhtılaşmaması için hızlı çalışınız. Torbanın iyice çalkalanması için, bir kaç defa ters çeviriniz, sonra hortumun tekrar antikoagülanlı kan ile dolmasını sağlayınız. Bu prosedürü iki kere tekrar ediniz. (Şekil 6).
 15. Kan torbasını arıza var mı diye tekrar kontrol ediniz.
 16. Gereken tüm donör bilgilerinin torba üzerindeki etikete tam olarak yazılmış olduğundan emin olunuz.
 17. Tam kanı alım sonrası hemen 1-6 °C'de 35 güne kadar saklanmak üzere bu iş için tasarlanmış bir kan bankası dolabına koyunuz.

TRANSFÜZYON


1. Torbayı ve kanı herhangi bir hasar var mı diye kontrol ediniz.
2. Kan transfüzyonu öncesinde, valide edilmiş yerel prosedürlere uyunuz.
3. Kan transfüzyonu öncesinde, serolojik test sonuçlarının uygun olduğundan ve çapraz karşılaştırma testi sonuçlarının alıcı için uygun olduğundan emin olunuz. Uygun ise çapraz karşılaştırma testini hasta başında tekrar yapınız.
4. Bir elinizle T parçasının üzerinden tutarken, diğer elinizle torbayı T parçasının alt kısmından tutarak T parçasının üst kısmını 270° çeviriniz (Şekil 8).
5. Torbayı T parçasından tutmaya devam ederken, diğer elinizle transfüzyon çivisinin kapağını çıkarınız.
6. Transfüzyon setinin ucunun ¾'ünü çıkış portuna yerleştirin. Kontaminasyonu engellemek için, transfüzyon setinin çivisine ve açık çıkış portuna dokunmayınız.
7. Çiviye yerleştirdikten sonra, torbayı transfüzyon seti filtresi kan ile doluncaya kadar sıkınız.
8. Torbayı asma yerinden asınız. Sistem transfüzyon için kullanılmaya hazırdır.



Şekil 5



Şekil 6



Şekil 7



Şekil 8

KANSUK LABORATUARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Yassören Mahallesi Fırat Sk. No:14/1 Arnavutköy-İstanbul/Türkiye
Tel: +90 212 592 15 76, Faks: +90 212 580 37 72
www.kansuk.com, E-mail: kansuk@kansuk.com

APPLICABLE CODE

20101006224	BLOOD BAG SINGLE, CPDA-1 450 ML
-------------	---------------------------------

DESCRIPTION

Closed blood bag systems made of PVC, consisting of a sampling system with donor line breakaway, 16 g needle, a blood bag and including CPDA-1 anticoagulant solution.



INTENDED USE

For collection and storage of whole blood per "Guide to The Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components."

INTENDED USER AND INTENDED USE ENVIRONMENT

This product is intended to be used by certified Blood Bank personnel in the Blood Bank.

INDICATIONS FOR USE

This product is intended to be used for collection of whole blood for all population to aid any treatment. Whole blood and blood components derived from whole blood can be used for restoring blood components, improving oxygen delivery to tissues, restoring clotting factors and reducing or preventing bleeding according to the treatment decision of physician.

CONTRAINDICATIONS

This product is not intended to be reused or re-sterilized. The risks that may arise from reuse or re-sterilization (e.g. infection, cross contamination, loss of performance) could result in serious injury or death.



PRECAUTIONS

- Do not use if needle protector is opened.
- Do not add medication to blood.
- Cross match the contents of the bag with recipient before transfusion.
- Use transfusion sets in compliance with EN ISO 1135-4.
- Follow validated blood component preparation procedures per local requirements.
- The tubes are suitable to be connected with a Sterile Connecting Device.
- It is intended for human blood and components.
- During shipment, up to two shipping boxes may be carried at the same time manually or on a trolley, they must not be dropped or any heavy items loaded on top of them, and, they should be loaded in such a way to prevent them from falling over.
- Single use only, after usage it should be thrown as a Medical Waste. **Caution:** Risk of infection when used more than once.
- For the explanation of symbols, see Symbols Description Table.




Figure 9

Caution: This medical device contains di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP). Children including developing foetus, premature neonates and neonates and therefore potentially pregnant and nursing women are at higher risk to DEHP exposure, although humans have been observed to be less sensitive than rodents. Furthermore, exchange transfusion of blood in neonates, extracorporeal membrane oxygenation treatment of neonates and adults, total parenteral nutrition in neonates, haemodialysis, enteral nutrition in neonates and adults, heart transplantation or coronary artery bypass graft surgery, massive blood transfusion of red blood cells and plasma or peritoneal dialysis may lead to high exposure to DEHP. Medical procedures should not be avoided however, as the benefits outweigh any possible health risks associated with DEHP exposure. Please refer to current literature to make an informed decision.

GENERAL PREPARATIONS BEFORE USAGE

- Open the outer wrap at the tear notches and remove one blood bag system, check for any visible defects of tubes, needle, anticoagulant and additive solutions in terms of appropriate volume, discoloration or particulate contaminants.

Caution: Do not use defective sets, make sure the solutions are clear.

- Apply blood pressure cuff or tourniquet on donor's arm, identify venipuncture site and release the cuff or tourniquet.
- Disinfect the venipuncture site. Cover the area with sterilized gauze strip and do not touch until the time of venipuncture.

Caution: Beware of iodine sensitive donors!

- Signs on the needle protector and hub should be the in the same line (Figure 9). Apply some pressure to determine any leakages.
- Place the collection bag below the level of donor's arm.




Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Caution: While opening the blood bag system, blood taking tube should be held from needle protector not from the needle safety cover. Pay attention not to lock the needle safety cover before collection of blood by mistake.

BLOOD COLLECTION (indicative)

1. Before removing the needle's cap, close the clamp on the donor line connected to collection bag (for systems in Figure 1 and 2). If the bag system has a donor line breakaway part there is no need to close the clamp (Figure 3 and 4).
2. Reapply tourniquet or inflate blood pressure cuff until previously selected vein is prominent again.
3. Hold the needle from marked side. To remove the needle cap, twist to break the seal between the needle and its cap and remove it by sliding it down the axis of the needle. **Caution:** Be sure not to touch the cannula!
4. Apply the venipuncture immediately. Venipuncture is very important for a non-coagulated blood.
5. Strap the needle to the donor's arm.
6. Follow the following steps according to the sampling bag system:



Figure 6




Figure 5

a. System with Sampling Holder;

- i Break the break-away part on the tube to the sampling bag/holder (for system Figure 1, No: 2).
- ii Insert the sampling tubes into the tube holder and collect the required blood sample (Figure 1, No: 3). **Caution:** Use bigger tubes first.
- iii After sampling is completed, open the clamp on the tubing to the bag and blood collection starts (Figure 1, No: 1).
- iv Follow step 7.

b. System with Sampling Bag;

- i Take initial blood to the sampling bag (Figure 2, No: 5).
 - ii Close the clamp on the tubing to the sampling bag (Figure 2-3-4, No: 2).
 - iii Break the breakaway part on the tubing to the bag by turning left and right (Figure 7) and blood taking starts.
 - iv Place the sampling bag in the palm tube holder facing down. Insert the sampling tubes into tube holder connected to the sampling bag and collect the required blood sample. **Caution:** Use bigger tubes first. **Caution:** Blood sample in the sampling bag should immediately transferred to the tubes, otherwise they get coagulated.
 - v After sampling complete, break the breakaway part on the tubing to the collection bag (Figure 3 and 4, No:1). Follow step 7.
7. Hang the tube with the tube holder onto donor's wrist in a way not to compress the needle.
 8. Mix blood and anticoagulant gently and periodically (approximately in every 45 seconds) during collection. If a mixer or a collection system is used, please refer to their operator's manual.
 9. Make sure there is continuous blood flow. If there is continuous, adequate blood flow and constant agitation, blood collection is expected to be completed under 12 minutes. **Caution:** If it is above 12 minutes, collected blood may not be suitable for Platelets, Fresh Frozen Plasma or Cryoprecipitate AHF.
 10. Collect the quantity of blood within the limits indicated on the bag label. Monitor the blood being collected.
 11. After blood collection is completed, stop the blood mixing device and loosen the tourniquet or deflate the pressure cuff.
 12. For the blood bag systems with needle safety cover, while holding the needle with one hand hold the needle safety cover with the other one and then leave the needle, pull the needle to the safety cover by pulling the tube under the safety cover and be sure that it is locked (Figure 5, No: 6). **Caution:** To prevent accidental injuries or contamination of the personnel, insert the needle into the locked system or throw it to the medical waste.
 13. Close the blood taking tube under the Y part by tube sealing device and remove the needle from the system. **Caution:** Throw locked needle kit to the medical waste.
 14. Strip donor tubing as much as possible through the bag and start sealing. Work quickly to prevent the blood from clotting in the tubing. Invert bag several times to mix thoroughly, then allow tubing to refill with anticoagulated blood from the bag. Repeat this procedure twice (Figure 6).
 15. Check the blood bag again for any faults.
 16. Make sure all donor information required is filled out on the label on the blood bag.
 17. After collection, whole blood should be placed immediately at 1-6 °C in a blood bank refrigerator which is designed for this purpose to be stored up to 35 days.




Figure 7

TRANSFUSION

1. Inspect the container and blood for any defects.
2. Before blood transfusion, follow validated local procedure.
3. Before transfusing the blood, make sure that serological test results are acceptable, cross match test results match with the recipient. If appropriate, apply cross match again at bedside.
4. Hold the top part of the T part with one hand and bag from the bottom part of T part with other hand, and twist of the upper part by 270° (Figure 8).
5. Keep holding the bag from T part, remove the cap of the transfusion spike with other hand.
6. Insert the spike by ¾ of its length into outlet port. Do not touch the spike of the transfusion set and open outlet port to prevent contamination.
7. After inserting the spike, squeeze the bag to the level that transfusion set filter is filled with blood.
8. Hang the bag from its holder. The unit is ready for transfusion.




Figure 8



KANSUK LABORATUVARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Yassıören Mahallesi Fırat Sk. No:14/1 Arnavutköy-İstanbul/Turkey
 Tel: +90 212 592 15 76, Fax: +90 212 580 37 72
www.kansuk.com, e-mail: kansuk@kansuk.com

