



**HELMER MARKA, MODEL PC 900Pro MODEL
TEZGAH ÜZERİ TROMBOSİT SAKLAMA İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Cihaz dik ve kolay taşınabilir.
2. Cihaz laboratuarda tezgâh üzerinde ortamın ısısı sabit tutabilme özelliği vardır.
3. **Cihazın üst ana panelinde cihazla ilgili tüm ayarların yapılabilmesini ve izlenebilmesini sağlayan bir monitör bulunmalıdır.**
4. **Cihazda bulunan Agi-Trak sistem monitörleri sayesinde cihaza uygun bir agitator bağlandığında; agitatordeki devir sayacı, devir sayısı ve devir hızı inkübatörün üst ana panelinde yer alan monitörde izlenebilmelidir. Bu bağlantı cihaza kendi alarm sisteminden bağımsız; agitatorle ortak bir hareketli alarm sistemi sağlamalıdır.**
5. Agitator veya rotator için uygun iç hacme sahiptir. **Kapasitesine uygun bir agitator ile kullanılabilir.**
6. Kilitlenebilir kapısı olmalıdır.
7. Elektrik kesilmesinde ve sıcaklık sapmalarında uyarıcı sesli ve görsel alarm sistemi olmalıdır.
8. Torba almak için agitator durdurulmuş ve tekrar çalışmaz ise otomatik sesli alarm devresi vardır.
9. Kapasitesi en az 1 raftır ve en az 48 torba alabilecek iç hacme sahiptir.
10. **Cihaz galvanizlenmiş çelik yapıda ve iç, dış kısımları ve kapı kolları bakteriye dayanıklı toz pudra ile kaplanmış olmalıdır.**
11. Üretici firma TÜV, ISO 9001 ve CE sertifikalarından birine sahiptir.
12. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 1 (bir) garantilidir.
13. Cihaz için garanti süresinin bitiminden itibaren ücret karşılığı 5 (beş) yıl süre ile bakım, onarım ve parça temini garantisi vardır. Cihaza ait Türkçe kullanım ve bakım kılavuzu olmalıdır.

SERTİFİKALAR

- √ Teknik Servis için TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.